

# **Компрессор воздушный медицинский безмасляный серия Mercury**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Завод изготовитель: Foshan Hongke Medical Instrument Factory**  
**Адрес: No. 1 Zhongxiaoxiang Factory, Xichenglishan Industrial Zone, Danzao, Nanhai District,**  
**528216 Foshan, P. R. China**  
**Страна производства: Китай**



# Содержание

I. Общая информация.....	4
II. Технические и физические характеристики.....	6
III. Описание основных компонентов.....	8
III. Схематическое изображение основных компонентов .....	9
а) Мотор компрессора.....	9
б) Модели НК-1EW-30, НК-2EW-35.....	9
в) Модели НК-3EW-45, НК-3EW-55, НК-4EW-65.....	10
г) Модель НК-6EW-90.....	10
д) Модель НК-10EW-180.....	11
IV. Монтаж и эксплуатация.....	12
V. Техническое обслуживание.....	13
VI. Распространенные поломки и их исправление .....	14
VII. Образец маркировки и обозначения.....	15
VIII. Условия и методы хранения .....	16
IX. Схема электропроводки .....	16
X. Фотографические изображения изделия .....	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	21

# **I. Общая информация**

Воздушный безмасляный компрессор серии Mercury НК представляет собой новейший образец безмасляного качающего компрессора. Данный продукт является источником сжатого воздуха для оборудования в учреждениях. Данное устройство состоит из компрессора, контейнера для воздуха, переключателя с кнопочным управлением, трубопровода, электромагнитного клапана, воздушного фильтра и прочих комплектующих. Безмасляный компрессор работает за счет самосмазывающегося материала, который состоит из поршневого и направляющего кольца. Самосмазывающийся материал относится к полимеру с низким коэффициентом трения. Полимер содержит твердую смазку и комплексообразующий полимерный материал.

Безмасляный компрессор обеспечивает отсутствие масла в рабочей среде, не создает привкуса, обеспечивает санитарные условия работы и чистоту.

## **КЛАССИФИКАЦИИ**

- Классификация по типу ударостойкости: КЛАСС I
- Классификация по степени ударостойкости: ТИП В
- Классификация по степени защиты от вреда входящей жидкости: ОБЩИЙ

## **УСЛОВИЯ РАБОТЫ**

- Диапазон температуры окружающей среды: +5°C ~ +40°C
- Диапазон относительной влажности: ≤70%
- Диапазон атмосферного давления: 700 гПа - 1060 гПа

## **ГАРАНТИЯ**

Фошань Хонке Медикал Инструмент Факчери гарантирует безопасность продукции, ее надежность и эксплуатационные свойства. Только при соблюдении следующих условий, гарантия остается действительной.

- Проведение ежегодного технического обслуживания.
- Использование оборудования в соответствии с настоящей инструкцией.
- Установка, техническое обслуживание и другие работы, при которых необходимо открывать корпус, должны проводиться только уполномоченным персоналом.

## **СРОК СЛУЖБЫ**

- Период эксплуатации данного продукта: Дата производства указана на этикетке. Срок службы продукта составляет не менее 5 лет.
- При утилизации лома или всего механизма рекомендуется соблюдать местные законы и нормы.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

### **УСЛОВИЯ**

- Смотрите данные по монтажу в руководстве. Поставщик не несет ответственности за травмы персонала или повреждение оборудования, вызванные несоблюдением правил безопасности.
- Без разрешения Производителя, использование деталей, отличных от используемых производителем, для замены деталей или компонентов, автоматически аннулирует гарантийные обязательства перед Покупателем, также предупреждаем, что отличные детали могут негативно повлиять на работоспособность оборудования.
- Не перенастраивайте показания давления, они отрегулированы должным образом на заводе. Если есть проблемы с давлением, обратитесь к технику перед использованием оборудования, чтобы не испортить его и стоматологическую установку.

## **УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ**

- Питание должно быть заземлено.
- Проверьте мощность и поток тока своего источника питания. Если показатели вашего источника питания не соответствуют требуемым характеристикам, компрессор может не запуститься или работать со сбоями, что в свою очередь может привести к поломке мотора компрессора.

- Питание оборудования необходимо отключать перед чисткой и техническим обслуживанием.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

- Оборудование может использоваться только обученным и квалифицированным персоналом.
- После завершения работы отключите питание.
- Запрещено использовать оборудование с воспламеняемым анестетическим газом, воздушной смесью, кислородом, закисью азота.
- Он должен храниться в правильных условиях для поддержания хорошего рабочего состояния. Производитель не несет ответственности за неправильное использование, небрежность при использовании оборудования.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн оборудования с целью его усовершенствования без предварительного уведомления.

## II. Технические и физические характеристики

Модель	Напряжение / Источник	Потребляемый ток	Производительность	Максимальное	Объем резерву	Потребляемая
НК-1EW-	220В/50Гц	2.6А	70 л/мин	0.8Мра	32 л	550 Вт
НК-2EW-	220В/50Гц	5.2А	100 л/мин	0.8Мра	40 л	840 Вт
НК-3EW-	220В/50Гц	4.8А	140 л/мин	0.8Мра	45 л	1100 Вт
НК-3EW-	220В/50Гц	4.8А	140 л/мин	0.8Мра	70 л	1100 Вт
НК-4EW-	220В/50Гц	7.6А	200 л/мин	0.8Мра	70 л	1680 Вт
НК-6EW-	220В/50Гц	11,4А	300 л/мин	0.8Мра	95 л	2520 Вт
НК-10E	220В/50Гц	19А	500 л/мин	0.8Мра	160 л	4200 Вт

Модель	Упакованный				Без упаковки			
	Вес	Длина	Ширина	Высота	Вес	Длина	Ширина	Высота
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК4ЕВ-65 (200л)	54,5кг	85,5см	47,5см	75,5см	50,2кг	78,5см	36,5см	69,5см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК2ЕВ-35 (100л)	29кг	52,5см	52,5см	72см	26,5кг	45см	45см	62,5см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК3ЕВ-55 (140л)	52,5кг	85,5см	47,5см	75,5см	48,5кг	78,5см	36,5см	68,5см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК6ЕВ-90 (300л)	73,5кг	85,5см	107,5см	44см	69,5кг	100,5см	36,5см	69,5см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК1ЕВ-30 (70л)	24,5кг	46см	45,5см	66см	22,5кг	41см	41см	58,5см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК2ЕВ-35 (100л) с осушителем	32,5кг	44,5см	44,5см	65см	30,5кг	41,5см	41,5см	59см
Компрессор стоматологический воздушный безмасляный ЖВ-032С 200л с осушителем	50,5кг	66см	45см	66см	46,5кг	63,5см	43см	54см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК6ЕВ-90 (300л) с осушителем	80,6кг	93см	51,5см	74,5см	73кг	87,5см	44см	69,5см
Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury НК10ЕВ-180 (500л)	157кг	156см	59см	90см	121кг	148,5см	53,5см	78,5см

Применимо для всех моделей:

Настройка давления:  $0.50\text{MPa} \pm 0.03\text{MPa}$  – происходит включение

$0.80\text{MPa} \pm 0.03\text{MPa}$  – происходит отключение

Потребляемый ток между изделием и напольный выпуском  $\leq 0.5\text{mA}$

Изоляционное сопротивление  $\geq 2\text{M}\Omega$

Шум: 56-65 дБ

Режим работы: промежуточная работа (см. ГОСТ IEC 60252-2-2011)

### III. Описание основных компонентов





Рис.1

- 1) Мотор компрессора: качает воздух из атмосферы и сжимает его в резервуаре для воздуха.
- 2) Реле давления: регулирует и контролирует давление, обеспечивает автоматическое включение и отключение компрессора в заданной зоне.
- 3) Кабель питания: служат для передачи питания на компрессор.
- 4) Предохранительный клапан: служит для безопасного отключения компрессора в случае перегрузки или высокого давления.
- 5) Манометр: отображает уровень давления в компрессоре.
- 6) Переключатель впуска воздуха: включает/выключает подачу воздуха в резервуар.
- 7) Дренажный клапан: сбрасывает отработанный воздух.
- 8) Односторонний клапан: запускает воздух в резервуар без возможности выпуска.
- 9) Клапан сброса остаточного давления: сбрасывает давление из компрессора.
- 10) Воздушный фильтр: установлен на входном отверстии компрессора для фильтрации загрязненного воздуха.
- 11) Магазин емкостей: собирает конденсат.
- 12) Резервуар для воздуха: собирает сжатый воздух.
- 13) Амортизаторы или колеса: устанавливаются на ножки компрессора для подавления шума.


### III. Схематическое изображение основных компонентов

#### а) Мотор компрессора




1. Вентилятор	2. Одноступенчатая опора	3. Полка	4. Гильза	5. Воздухозаборное кольцо	6. Седло клапана
7. Крышка гильзы	8. Болт	9. Трубка	10. Поршень	11. Упорная трубка	

#### б) Модели НК-1EW-30, НК-2EW-35




1. Мотор	2. Трубка подачи воздуха	3. Односторонний клапан	4. Манометр	5. Переключатель впуска воздуха	6. Предохранительный клапан
7. Реле давления	8. Электромагнитный клапан	9. Магазин емкостей	10. Трубка входа воздуха	11. Воздушный фильтр	12. Дренажный клапан

**в) Модели НК-3EW-45, НК-3EW-55, НК-4EW-65**






1. Кран для стравки воздуха и переключатель подачи воздуха	2. Манометр	3. Предохранительный клапан	4. Воздушный фильтр	5. Мотор	6. Магазин емкостей
7. Дренажный клапан	8. Трубка ввода воздуха	9. Штуцер	10. Трубка высокого давления	11. Односторонний клапан	12. Трубка для сброса давления
13. Электромагнитный клапан					

**г) Модель НК-6EW-90**



1. Резервуар	2. Ручка	3. Ножка	4. Кран подачи воздуха	5. Предохранительный клапан	6. Манометр
7. Воздушный фильтр	8. Трубка высокого давления	9. Крышка мотора	10. Глушитель	11. Амортизатор	12. Кран для стравки
13. Переключатель давления	14. Электромагнитный клапан	15. Односторонний клапан	16. Магазин емкостей		

**д) Модель НК-10EW-180**



1. Резервуар	2. Ручка	3. Колесо	4. Кран подачи воздуха	5. Предохранительный клапан	6. Манометр
7. Воздушный фильтр	8. Трубка высокого давления	9. Крышка мотора	10. Глушитель	11. Амортизатор	12. Кран для стравки
13. Переключатель давления	14. Электромагнитный клапан	15. Односторонний клапан	16. Магазин емкостей	17. Распределительный ящик	

## **IV. Монтаж и эксплуатация**

### **1. МОНТАЖ**

1.1 Откройте упаковку. Сравнивая с упаковочным листом, проверьте состояние оборудование, проверьте полноту поставки.

1.2 Установите воздушный компрессор на твердой и ровной поверхности, избегайте смещения во время работы.

1.3 Извлеките воздушный фильтр из коробки с деталями. Установите его на входное отверстие компрессора.

1.4 Проверьте входной клапан на оборудовании. Он должен быть отключен.

1.5 Включите питание и проверьте оборудование. Внимание: Питание должно быть заземлено.

1.6 После включения питания оборудование постоянно работает. Оборудование будет остановлено автоматически, когда давление достигнет 0,8 МПа. Откройте воздушный клапан, чтобы сбавить давление, оборудование снова будет запущено, когда давление достигнет 0,5 МПа.

### **2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

2.1 Извлеките воздушный фильтр из пакета с деталями, установите его на впускное отверстие( отверстие на компрессоре без металлических шлангов, отмечено стрелкой входа), пока он не будет четко установлен. Впускная труба должна быть направлена вертикально вниз.

2.2 Извлеките шланг из пакета с деталями, подсоедините впускной воздушный клапан компрессора к стоматологическому оборудованию.

Внимание: Один конец шланга (Ф8×1) подсоединен к впускному воздушному клапану компрессора, второй конец подсоединяется к стоматологическому оборудованию. Он должен быть надежно закреплен с помощью хомута, в противном случае он может быть сорван при увеличении давления в воздушной емкости.

2.3 Откройте впускной воздушный клапан, включите питание, далее оборудование может подавать рабочий газ постоянно.

2.4 Компрессор прекращает работу при отключении питания. Для того чтобы при последующем включении давление не поднималось, необходимо нажать на ручку переключателя давления для того, чтобы выпустить воздух в трубопроводе прежде чем заново запустить компрессор.

**Внимание: Безмасляный компрессор серии Mercury НК может быть использован только внутри помещения, не допускайте использования компрессора снаружи.**

## **V. Техническое обслуживание**

**1. После завершения работы отключите питание.**

**2. Слив емкостей**

Во время работы установка сжимает воздух, содержащий влагу. Влага из воздуха собирается в емкости. Необходимо периодически сливать воду из емкости, обычно один или более раз в месяц (в зависимости от влажности воздуха).

Способ слива: Установите шланг на сливное отверстие емкости, заполненной водой (можно использовать небольшие банки). Если в емкости есть сжатый воздух, медленно поверните рукоятку сливного клапана, чтобы вода начала поступать через шланг сливного клапана, пока вода не будет полностью слита. Потом поверните рукоятку сливного клапана в противоположном направлении, убедитесь в отсутствии утечек.

**3. Чистка воздушного фильтра**

Воздушный фильтр оснащен устройством забора сжатого воздуха. При долгосрочном использовании пыль из воздуха забивает фильтр глушителя, влияет на мощность, поэтому необходимо периодически чистить фильтр глушителя, обычно один раз в месяц (или чаще в зависимости от качества местного воздуха).

Способы чистки: снимите крышку впускного отверстия, снимите фильтр внутри впускного отверстия, почистите с помощью спирта и высушите сжатым воздухом (который выдувается с поверхности выпускного воздушного отверстия на поверхность впускного воздушного отверстия фильтра). Установите фильтр на место, установите крышку впускного отверстия.

**4. Техническое обслуживание**

Необходимо проводить техническое обслуживание компрессора по меньшей мере один раз в 2-3 месяца, а именно, необходимо протирать пыль и счищать грязь с поверхности компрессора; проверять, затянуты ли должным образом все контактные болты воздушного компрессора; проверять контакт заземляющего кабеля, проверять не повреждена ли схема.

**5. Обнаружение неисправности**

В случае обнаружения любой неисправности, она должна быть устранена специалистом, если необходимо заводское техобслуживание, свяжитесь с дилером или отделом продаж нашего завода.

**Внимание: Питание установки необходимо отключать перед техническим обслуживанием.**

## VI. Распространенные поломки и их исправление

Поломка	Причина	Решение
Установка не работает	Сбой питания	Подождите, пока питание не будет восстановлено
	Питание отключено	Включите питание
Давление в воздушной емкости более 0.5МПа. Включаете питание, а компрессор не работает	Переключатель давления отключен	Стравите давление в воздушной емкости, пока давление не будет ниже 0,5 МПа

## VII. Образец маркировки и обозначения

а) Фотографическое изображение маркировки оборудования:

Размер – 8,5 x 5 см

Материал – бумага с серебристым опылением

Тип упаковки – 1 шт. на 1 единицу товара

Содержание:

### КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ MERCURY

Модель: НК-3EW-55

Напряжение: 220В/50Гц

Потребляемый ток: 4.8А

Зав. №: 1704 084

Произ-ть: 140 л/мин

Макс. давление: 0.8 МПа

Объем резервуара: 55л

Дата производства: 05.2017

Производитель: Фошань Хонгке Медикал Инструмент Фэкчери

Адрес: №1 Чжонсяоянг Фэкчери, промышленная зона  
Сиченьлишань, Данчжао Нанхай Дистрикт, 528216, Фошань, Китай



Рис.2

б) Обозначения, которые могут быть нанесены на маркировку, оборудование, упаковку или включены в документацию к оборудованию:

Обозначение	Значение	Обозначение	Значение
на паспортной табличке	Внимание! Проверьте файл		Влагонепроницаемый
<b>SN</b>	Серийный номер		Вверх
	Время производства		Обращаться осторожно.
	Тип оборудования В		Защитное заземление
	Напряжение перем. тока		Упаковочные данные

## VIII. Условия и методы хранения


При транспортировке и хранении упакованное оборудование может находиться в условиях  $-10-60^{\circ}\text{C}$ .

Запрещено ставить упаковку в воду и влагу, запрещено размещать в условиях влажности более 80%.

При транспортировке на большие расстояния упакуйте оборудование в полиэтиленовый мешок, упакуйте в деревянный ящик или в иную упаковку согласно контракту.

Данная продукция должна храниться в сухом и проветриваемом месте. Избегайте попадания дождя и прямого солнечного света.

## IX. Схема электропроводки



AD-F: pressure switch    C: electric capacity

M: electric motor        F: solenoid valve

AD-F: переключатель давления	C: Электрическая мощность
M: электрический мотор	F: соленоидный клапан

## Х. Фотографические изображения изделия



Рис.3. Модель НК-1EW-30



Рис.4. Модель НК-2EW-35



Рис.5. Модель НК-3EW-45



Рис.6. Модель НК-3EW-55



Рис.7. Модель НК-4EW-65



Рис.8. Модель НК-6EW-90

Рис.9. Модель НК-10EW-180



Рис.10. Картонная упаковка



Рис.11. Деревянная упаковка

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наименование  
изделия \_\_\_\_\_

Тип, модель,  
цвет \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантийное обслуживание  
\_\_\_\_\_

Серийный номер  
изделия \_\_\_\_\_

Срок гарантии на  
изделие \_\_\_\_\_

Дополнительные  
опции \_\_\_\_\_

Срок гарантии на дополнительное  
оборудование \_\_\_\_\_

Серийный номер дополнительного  
оборудования \_\_\_\_\_

Продавец (адрес,  
телефон) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**М.П.**

**Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или нарушением эксплуатации.**